

## รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

### ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล

1. ความต้องการ ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิตอล ชนิดสัมผัส
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ อสม. ใช้เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบสัมผัสได้ทั้งทารก เด็ก และผู้ใหญ่
3. คุณลักษณะทั่วไป
  - 3.1 ตัวเครื่องทำจากพลาสติกทนต่อการกัดกร่อนต่อสารเคมี สามารถพกพาและเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติ
  - 3.2 ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิบริเวณ ใต้ลิ้น , ใต้รักแร้ และมีเสียงเตือนเมื่อการวัดสำเร็จและได้ค่าอุณหภูมิ
  - 3.3 มีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง
  - 3.4 ได้การรับรองมาตรฐาน CE 0197 หรือ ISO 13485 หรือ ISO 9001 และ FDA ของบริษัทผู้ผลิต
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
  - 4.1 ช่วงการวัดอุณหภูมิอยู่ที่ 32 °C – 40 °C หรือดีกว่า โดยมีความละเอียด ± 0.1 °C
  - 4.2 สามารถอ่านค่าวัดได้ภายใน 60 วินาที โดยแสดงค่าที่ได้เป็นตัวเลขแบบดิจิตอล
  - 4.3 มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อใช้งานแล้วเสร็จหรือไม่มีการใช้งาน
5. เงื่อนไข
  - 5.1 ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในการขายหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์หรือผลิตภัณฑ์
  - 5.2 ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาตสถานประกอบการการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา และต้องผ่านการรับรองการนำเข้าจากคณะกรรมการอาหารและยา หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศในยี่ห้อและรุ่นที่เสนอราคา
  - 5.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
  - 5.4 ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพ 1 ปี นับจากวันตรวจรับ กรณีชำรุดหรือเสียหายจากการใช้งานปกติ ภายใน 3 เดือน ผู้ขายจะส่งมอบปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลตัวใหม่ทดแทน ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้ง (ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทุกกรณี)
  - 5.5 การส่งมอบ ผู้ขายจะต้องส่งมอบปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล ณ พื้นที่ที่ผู้สั่งซื้อกำหนด (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5) โดยจะต้องส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ หลังจากที่มีการตรวจรับปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางนัยนา หาญชนะสุกิจ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสายชล กองทอง)

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายอนุภาพ สีกะมุด)


ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



5.6 ความรับผิดชอบ กรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและจัดส่งให้ครบตามจำนวน โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทุกกรณี

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางนัยนา หาญชนะสุกิจ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสายชล กองทอง)  
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอนุภาพ สีกะมุด)  
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน